



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.01.05.000.M.000052.01.20 от 30.01.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур - перечень в приложении

Общество с ограниченной ответственностью "СТАВМЕДКЛИНИКА", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, д. 514 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "СТАВМЕДКЛИНИКА", Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Серова, д. 514 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) ООО "ЭКСПЕРТТЕЛЕКОМ" № 24 от 17.01.2020 г. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710125 от 01.02.2016 г.



Заключение действительно до 01.02.2025 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3176687



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 26.01.05.000.M.000052.01.20 ОТ 30.01.2020 г.

Условия работы с источниками физических факторов воздействия на человека: хранение и эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих) при проведении медицинских рентгенологических процедур

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий

Тип аппарата: комплекс рентгеновский диагностический цифровой

Марка аппарата: РЕНЕКС-РЦ

Фирма, завод-изготовитель: ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия

Заводской №: 4058

Год выпуска: 2019

Год ввода в эксплуатацию: 2019

Ном. напряжение: 150 кВ

Ном. сила тока: 630 мА

Вид работ: рентгенодиагностика

Характеристика источника ионизирующего излучения: генерирующий

Тип аппарата: маммографический

Марка аппарата: MX-600 GENORAY Co.,Ltd.,

Фирма, завод-изготовитель: GENORAY Co.,Ltd., Корея

Заводской №: GMA-032201-50619

Год выпуска: 2018

Год ввода в эксплуатацию: 2019

Ном. напряжение: 39 кВ

Ном. сила тока: 100 мА

Вид работ: рентгенодиагностика



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

